INFRATRONIC SOLUTIONS
we think globally

Originalanleitung
**Spendersystem**
**EURO-2 Serie**

# ANLEITUNG zur Aufbereitung der Spendersysteme

entsprechend den zielführenden KRINKO Empfehlungen und gesetzlichen Anforderung an HDM und HWP Spendersysteme zur hygienischen Aufbereitung, sodass eine mikrobielle Ansiedelung problemlos vermieden wird.

## Spender IT 1000 AW EURO-2 und IT 500 AW EURO-2

**1.** Bei der Aufbereitung sollten **(in Anlehnung an die TRBA250, Punkt 4)** Handschuhe getragen werden.



**2.** Flasche mit dem Verbrauchsmittel herausnehmen und mit der Schlauchdosierpumpe nach unten lagern.

**3.** Spendergehäuse und -rückwand mit einem Flächendesinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.



**4.** Verbrauchsmittel wieder im Spender platzieren.



**5.** Sichtbare Verunreinigungen sind durch Wischdesinfektion zu beseitigen.

**Eine tägliche Wischdesinfektion ist NICHT erforderlich.**

## Evidenz der Aufbereitung

KRINKO Empfehlung: Umfang und Frequenz der Kontrollen und der Innenaufbereitung von Spendern sollten im hauseigenen Hygieneplan festgelegt werden.

INFRATRONIC SOLUTIONS Herstellerempfehlung:

- Händedesinfektionsmittel: vollständige Aufbereitung zweimal pro Jahr (halbjährlich) durchführen
- Handwaschpräparate: vollständige Aufbereitung zweimal pro Jahr (halbjährlich) durchführen
- Eine tägliche Wischdesinfektion durch den Reinigungsdienst ist nicht erforderlich.
- Sichtbare Verunreinigungen des äußeren Gehäuses und aller ohne weitere Manipulation zugänglichen Teile sind durch Wischdesinfektionn zu beseitigen.

Art.Nr. 10120 Version 20200318

Weinmann GmbH | INFRATRONIC SOLUTIONS
Frankenstrasse 6 | D-63776 Mömbris

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem und klicken Sie bei Facebook auf „Gefällt mir“!